СВЕДЕНИЯ ПО ЗАПИСИ ИЗ ТРЁХ РЕЕСТРОВ

реестр российской промышленной продукции, Росздравнадзор, Роспатент

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 № 719

1. Реестр российской промышленной продукции (ГИСП)

Реестровый номер
10877118

Наименование продукции
Комплекс рентгенодиагностический цифровой со столом-штативом поворотным КРДЦ – Т20/Т2000 - «РЕНЕКС» по ТУ 9442-020- 54839165-2002

Статус записи
В реестре

Дата включения
27.07.2026

Код ОКПД2
26.60.11.112

Код ТН ВЭД
9022 21 000 0

Преимущество 15% (ПП РФ № 925)
Не заявлено

Производитель
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С.П.ГЕЛПИК"

Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С.П.ГЕЛПИК"

ИНН
7728220318

КПП

ОГРН
1027739354411

Изготовлена по
ТУ 9442-020-54839165-2002, ФСР 2012/14016, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2022

Основание
Акт экспертизы ТПП · 1074.021.13.5702-26 · 10.07.2026

Профильный департамент
Департамент радиоэлектронной промышленности

Срок действия сведений
26.07.2031

Баллы
106

2. Росздравнадзор: регистрационное удостоверение ФСР 2012/14016

Номер удостоверения
ФСР 2012/14016

Статус
Действует

Дата регистрации
21.11.2002

Срок действия
бессрочно

Наименование
Комплекс рентгенодиагностический цифровой со столом - штативом поворотным КРДЦ - Т20/Т2000 - «РЕНЕКС» по ТУ 9442-020-54839165-2002

Производитель
ООО "С.П.ГЕЛПИК", ИНН 7728220318

Назначение
предназначен для широкого диапазона исследований с проведением рентгеноскопии, рентгенографии и продольной горизонтальной томографии

Связь с записью ГИСП
Связь найдена сервисом автоматически: совпал производитель, и автоматическая проверка нашла изделие в списке исполнений удостоверения.

Исполнение, которому соответствует запись ГИСП
Комплекс рентгенодиагностический цифровой со столом - штативом поворотным КРДЦ - Т20/Т2000 - «РЕНЕКС» по ТУ 9442-020-54839165-2002

Карточка в реестре Росздравнадзора
https://elk.roszdravnadzor.gov.ru/widget/med-product/203909

Исполнения (134)

- 1. Стол-штатив поворотный для рентгенологических исследований, - 1 шт, в вариантах исполнения:
- - серии «OPERA T30», производства «GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.» Италия;
- - серии «OPERA T90», производства «GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.» Италия;
- - серии «OPERA T90 Sharp», производства «GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.» Италия;
- - серии «OPERA T90 NE», производства «GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.» Италия.
- 2. Шкаф управления для Стола-штатива поворотного для рентгенологических исследований, - 1 шт., в вариантах исполнения:
- - модель TYPE 1, производства «GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.» Италия;
- - модель TYPE 2, производства «GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.» Италия.
- 3. Пульт управления для Стола-штатива поворотного для рентгенологических исследований, - 1 шт., в вариантах исполнения:
- - модель TYPE 1, производства «GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.» Италия;
- - модель TYPE 2, производства «GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.» Италия;
- - модель TYPE 3, производства «GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.» Италия.
- 4. Стойка снимков, - не более 2 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
- - модель TRN430, производства «GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.», Италия;
- - модель TRT432, производства «GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.», Италия.
- 5. Рентгеновское питающее устройство, - 1 шт., в вариантах исполнения:
- - Рентгеновское питающее устройство УРП-1 «РЕНЕКС» по ТУ ЛЖКМ 943129.001 производства ООО «С.П.ГЕЛПИК», Россия;
- - серии G500IQ, производства «GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.», Италия;
- - серии G650IQ, производства «GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.», Италия;
- - серии G800IQ, производства «GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.», Италия.
- 6. Пульт рентгеновского питающего устройства, - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
- - модель ЛЖКМ.9442.019.002, производства ООО «С.П.ГЕЛПИК», Россия;
- - модель MS236WT-A, производства «GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.», Италия;
- - модель TECNINT TP-19MEDTRU-G, производства «GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.», Италия;
- 7. Рентгеновский излучатель, - 1 шт., в вариантах исполнения:
- - серии RTM 90, производства «I.A.E. S.p.A.», Италия;
- - серии RTM 101, производства «I.A.E. S.p.A.», Италия;
- - серии RTC 600, производства «I.A.E. S.p.A.», Италия;
- - серии RTC 700, производства «I.A.E. S.p.A.», Италия;

- - Рентгеновский излучатель по ТУ 26.60.11-066-54839165-2024, - модель ЛЖКМ.943119.007, производства ООО «С.П.ГЕЛПИК», Россия;
- - Рентгеновский излучатель по ТУ 26.60.11-066-54839165-2024, - модель ЛЖКМ.943119.009, производства ООО «С.П.ГЕЛПИК», Россия.
- 8. Цифровой приёмник рентгеновских изображений, - не более 3 шт., в вариантах исполнения:
- - серии Pixium RF 4343, производства «THALES ELECTRON DEVICES», Франция;
- - серии Pixium 3543, производства «THALES ELECTRON DEVICES», Франция;
- - серии PaxScan 4343DXV, производства «Varex Imaging Corporation», США;
- - серии PaxScan 4336W, производства «Varex Imaging Corporation», США;
- - Система визуализации рентгеновских изображений цифровая VIVIX, в исполнении VIVIX-D, модель FXDD-1717GA, производства «Вьюворкс Ко. Лтд», Республика Корея, РУ № РЗН 2021/14418;
- - Устройство рентгенографическое цифровое УРЦ – М - «РЕНЕКС» по ТУ 9442-032-54839165-2011, производства ООО «С.П.ГЕЛПИК», РУ № ФСР 2011/12572;
- 9. Устройство формирования рентгеновского излучения, - 1 шт., в вариантах исполнения:
- - Коллиматор рентгеновского излучения серии R, производства Ralco S.r.l, Италия;
- - Коллиматор рентгеновского излучения серии AL, производства «GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.», Италия;
- - Рентгеновская диафрагма по ТУ 26.60.11-052-54839165-2020, производства ООО «С.П.ГЕЛПИК», Россия.
- 10. Средства радиационной защиты, - не более 4 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
- - Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-«РЕНЕКС» по ТУ 9398-010-21009821-2004, производства ЗАО «РЕНЕКС», Россия, РУ № ФСР 2008/03184;
- - Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К» по ТУ 9452-007-46782692-2001, производства ООО «СПЕЦМЕДПРИБОР», Россия, РУ № ФСР 2010/08183, - воротник защитный ВРЗ-«Р-К»;
- - Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К» по ТУ 9452-007-46782692-2001, производства ООО «СПЕЦМЕДПРИБОР», Россия, РУ № ФСР 2010/08183, - Юбка защитная легкая ЮРЗл-«Р-К»;
- - Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К» по ТУ 9452-007-46782692-2001, производства ООО «СПЕЦМЕДПРИБОР», Россия, РУ № ФСР 2010/08183, - Юбка защитная тяжелая ЮРЗт-«Р-К»;
- - Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К» по ТУ 9452-007-46782692-2001, производства ООО «СПЕЦМЕДПРИБОР», Россия, РУ № ФСР 2010/08183, - Передник для защиты гонад легкий ПРЗГл-«Р-К»;
- - Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К» по ТУ 9452-007-46782692-2001, производства ООО «СПЕЦМЕДПРИБОР», Россия, РУ № ФСР 2010/08183, - Передник для защиты гонад тяжелый ПРЗГт-«Р-К»;
- - Индивидуальные средства защиты от рентгеновских излучений по ТУ 14.12.30-001-33936366-2019, производства ООО «ПОЛЮС», Россия, РУ № РЗН 2020/11504, - юбка рентгенозащитная легкая ЮРЗ-Л;
- - Индивидуальные средства защиты от рентгеновских излучений по ТУ 14.12.30-001-33936366-2019, производства ООО «ПОЛЮС», Россия, РУ № РЗН 2020/11504, - юбка рентгенозащитная тяжелая ЮРЗ-Т;
- - Индивидуальные средства защиты от рентгеновских излучений по ТУ 14.12.30-001-33936366-2019, производства ООО «ПОЛЮС», Россия, РУ № РЗН 2020/11504, - воротник рентгенозащитный легкий ВРЗ-Л;
- - Индивидуальные средства защиты от рентгеновских излучений по ТУ 14.12.30-001-33936366-2019, производства ООО «ПОЛЮС», Россия, РУ № РЗН 2020/11504, - воротник рентгенозащитный тяжелый ВРЗ-Т;
- - Ширмы рентгенозащитные подвижные по ТУ 26.60.11-071-54839165-2025, - ШРЗб, производства ООО «С.П.ГЕЛПИК», Россия.
- - Ширмы рентгенозащитные подвижные по ТУ 26.60.11-071-54839165-2025, - ШРЗбо, производства ООО «С.П.ГЕЛПИК», Россия;
- - Ширмы рентгенозащитные цельнометаллические свинцовые по ТУ 9452-009-17459079-2002, производства АО «ПОНИ», Россия, РУ № ФСР 2011/11811, - Ширмы для медицинского персонала: - ШРБ1-"ПОНИ";
- - Ширмы рентгенозащитные цельнометаллические свинцовые по ТУ 9452-009-17459079-2002, производства АО «ПОНИ», Россия, РУ № ФСР 2011/11811, - Ширмы для медицинского персонала: - ШРБ2п-"ПОНИ";
- 11. Автоматизированное рабочее место лаборанта (АРМ1), - не более 2 шт., в вариантах исполнения:
- - модель ЛЖКМ.466216.002-05 с предустановленным специальным программным обеспечением «РЕНЕКС-ФЛЮОРО», производства ООО «С.П.ГЕЛПИК», Россия;
- - модель OPERA D4000RF-PA с предустановленным программным обеспечением HirisRF43, производства «GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.», Италия;
- … и ещё 74: полный список в карточке реестра Росздравнадзора

3. Роспатент: товарные знаки правообладателя

Знаки ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С.П.ГЕЛПИК" (ИНН 7728220318): 2. Правообладатель найден по ИНН производителя. Знаки принадлежат производителю продукции, но не обязательно относятся именно к этому изделию.

Знак № 1234141 · действует

Зарегистрирован 18.06.2026, действует до 27.12.2034

По открытым данным Роспатента на 02.10.2026. Изображение знака и классы МКТУ — на странице знака ФИПС по ссылке ниже.

https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=1234141

Знак № 775534 · действует

Зарегистрирован 22.09.2020, действует до 22.08.2029

Заявка 2019741749 от 22.08.2019 · бюллетень № 18

Классы МКТУ: 10, 35, 37, 40

10 - аппараты диагностические для медицинских целей; аппараты и установки рентгеновские для медицинских целей; аппараты магнитно-резонансной томографии (МРТ) для медицинских целей; аппараты рентгеновские для медицинских целей. 35 - презентация товаров и услуг 10, 37, 40 классов на всех медиасредствах с целью розничной продажи; реклама товаров и услуг 10, 37, 40 классов; услуги розничной и оптовой продажи товаров 10 класса; услуги снабженческие для третьих лиц... 37 - установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка и ремонт электроприборов; устранение помех в работе электрических установок. 40 - работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц.

https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=775534

Документ сформирован сервисом ТоварминПРО (tovarminpro.ru) из открытых данных. Раздел 1 - реестр российской промышленной продукции (ГИСП) на дату формирования. Раздел 2 - реестр медицинских изделий Росздравнадзора (открытые данные на 22.10.2026). Раздел 3 - открытые данные Роспатента на 02.10.2026, страницы знаков в открытых реестрах ФИПС получены 04.11.2026. Данные могли измениться. Документ не является официальной выпиской Росздравнадзора или Роспатента и не заменяет их.