СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Росздравнадзор, регистрационное удостоверение ФСР 2010/07332

к записи реестра российской промышленной продукции № 10332252

Росздравнадзор: регистрационное удостоверение ФСР 2010/07332

Номер удостоверения
ФСР 2010/07332

Статус
Действует

Дата регистрации
20.05.2005

Срок действия
бессрочно

Наименование
Стерилизатор воздушный медицинский в вариантах исполнения ГП-10 СПУ, ГП-20 СПУ по ТУ 9451-013-00141798-2005

Производитель
АО "СМОЛЕНСКОЕ СКТБ СПУ", ИНН 6731004499

Назначение
Стерилизатор предназначен для стерилизации сухим горячим воздухом изделий, изготовленных из термостойких материалов – хирургических инструментов, стеклянной посуды и других медицинских изделий. Стерилизатор может быть использован для дезинфекции и сушки медицинских изделий.

Связь с записью ГИСП
Связь найдена сервисом автоматически: совпал производитель, и автоматическая проверка нашла изделие в списке исполнений удостоверения.

Исполнение, которому соответствует запись ГИСП
стерилизатор ГП-10 СПУ или ГП-20 СПУ

Карточка в реестре Росздравнадзора
https://elk.roszdravnadzor.gov.ru/widget/med-product/202054

Исполнения (7)

- в следующей комплектации:
- - стерилизатор ГП-10 СПУ или ГП-20 СПУ - 1 шт.;
- - полка (ПГИЖ.735312.302 или ПГИЖ.735312.195) - 2 шт.;
- - вставка плавка ВП2Б-1В-10А - 2 шт.;
- - ножки, крепеж ПГИЖ.711151.004 - 1 комплект;
- - руководство по эксплуатации - 1 экз.;
- - упаковка - 1 шт.

Документ сформирован сервисом ТоварминПРО (tovarminpro.ru): реестр медицинских изделий Росздравнадзора (открытые данные на 22.10.2026); данные могли измениться. Не является официальной выпиской Росздравнадзора и не заменяет её.